molten®
From the Inside Out

スライディングボード

イージーモーション

取扱説明書

目　次

○注意事項・・・・・・・・・・・・P1
○各部名称・・・・・・・・・・・・P1
○イージーモーションを使った移乗方法 P1
○基本的な使い方のパターン・・・P3
○お手入れ方法・・・・・・・・・P3
○仕様・・・・・・・・・・・・・・P3

安全にご使用いただくために

必ず医師や看護師などの専門員とご相談の上ご使用ください。

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。ご本人の健康状態や床ずれが変化した場合には医師や看護師などの専門員に相談し、適切な処置を受けてください。

安全上のご注意　必ずお守りください

●ご本人や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
取扱説明書に表示されている記号および言葉は、表示内容を無視した誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分で表しています。

⚠ **警告：死亡または重傷などを負う可能性がある場合。**

⚠ **注意：障害を負う可能性または物的損害を発生させる可能性がある場合。**

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より快適にご使用いただくためのアドバイスが書かれていることを意味します。

●お守りいただく内容の種類を次の表示で区分して表しています。

⃠ **この絵表示は、してはいけない「禁止」の意味です。**

❗ **この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。**

用　途

●安全にスムーズな移乗を支援するボードです。
（安全に使用するために専門員などにご相談･指導を受けてください。）
●ベッドから車いすなどへの移乗時にご使用ください。
●表面は滑り特性があり、裏面には滑り止めシートを標準装備しています。
（ボードを引抜く際にクッションやシーツなどを傷めない素材にしています。）
●しなりのある素材を使用し、折れ曲がりにくく耐久性にも優れています。（耐荷重130Kg）

イージーモーションを使った移乗に必要な福祉用具の条件とは

ベッド　◆高さ調整ができるもの

車いす　◆アームレスト（肘掛け）が取り外しまたは跳ね上げ可能なもの
◆フットレスト（足のせ）が取り外しまたは回転可能なもの

マットレス　◆ふわふわし過ぎず、端座位が安定するもの（エアマットレスの場合は空気を抜いて移乗する）

注意事項

警　告

●安全に使用するために専門員などにご相談･指導を受けてください。

●肘掛けが上がらない車いすでの使用は、転落に十分注意して行ってください。
白ラインが掛からない車いすなどでは使用しないでください。
車いすなどの構造によっては使用できない場合がありますのでご了承ください。

●体重が130kg以下の人で使用ください。
体重が重い方の移乗は2人以上の介助者で行ってください。

●ベッド･車いすなどへの移乗時には必ずストッパーをかけ、動かないようにしてください。

●必ず衣類などを着用して使用ください。
直接皮膚が触れた状態でボード上を移動するとケガをする恐れがありますのでおやめください。

●使用前には破損･ひび割れなどや白化が無い事を確認し、発見した場合は絶対に使用しないでください。

●ベッドと車いすの高さが同じ位にならない場合は使用しないでください。バランスがくずれて転落し、ケガをする恐れがあります。
ベッド･車いすの移乗の際は高さを同じにするか、移乗する側を少し(5cm)低くすると移乗がやり易くなります。

●用途以外の使用は行わないでください。

●移乗中転落などの危険がありますので、肘掛けが跳ね上がらない車いすで介助者なしの移乗には使用しないでください。

●本製品は日本国内専用です。
海外では使用できません。

各部名称

表面　表面を上にしてお使いください。



裏面



注意

●移乗中に転落する恐れがありますので、必ず両端の白ラインが車いす座面とベッドマットレスに乗るように設置してください。

イージーモーションを使った移乗方法

ベッドから車いすへ

1 ベッド上で上半身を起こして端座させます。

2 移乗しやすいように殿部を前方へ移動させます。



3 車いすを準備します。



4 車いすをベッド脇に持ってきます。

5 移乗する側の殿部を浮かし、ボードを差し込みます。





5 Point-3
ボード差し込み後、車いすに近い方の足を一歩前に出します。

◆介助者の足に絡むのを防ぐ。
◆ベッドフレームで傷つけるのを防ぐ。
◆移乗後の着座姿勢が取りやすい。

注意

●移乗中に転落する恐れがありますので、必ずボード両端部分(イラスト上で色の濃い部分)が車いす座面とベッドマットレスに乗るように設置してください。(製品に色は付いていません。白線を目安にしてください)

イージーモーションを使った移乗方法

6 ボード上を滑らせます。

移乗前半



6 Point-5
①車いす側へ身体を傾け、反対側の殿部を浮かせます。
②ボードに接している殿部がボード端にくるまで一気に滑らせます。

6 Point-4
ベッド側の足を要介助者の足の間に入れます。
※背の高い方は車いす側の足は片ひざを着く姿勢で重心を低くし、腰への負担を軽減します。

移乗後半

6 Point-6
③②までの勢いを使い、振り子の要領で身体を反対側(ベッド側)へ傾け、車いす座面の奥まで滑らせます。

介助者の身体への負担を軽減するために

介助者が特に腰を痛めないようにするため、下記の点にも注意してください。

◆移乗中はできるだけ腰を落とし、重心を下げること。
◆要介助者を力だけで無理に引っ張ったり、持ち上げたりしないこと。

7 ボードを抜きます。

8 アームレストとフットレストを取り付けます。

両側のアームレストを取り付けます。

両側のフットレストを取り付け、足を乗せます。

9 移乗完了です。

車いすからベッドへ

1 車いすをベッド脇に付けます。

1 Point-2
両側のアームレストとフットレストを外します。

1 Point-3
前ページ2の要領で車いす前方へ殿部を移動させます。

2 移乗する側の殿部を浮かし、ボードを差し込みます。



2 Point-3
ボード差し込み後、ベッドに近い方の足を一歩前に出します。

◆介助者の足に絡むのを防ぐ。
◆ベッドフレームで傷つけるのを防ぐ。
◆移乗後の着座姿勢が取りやすい。

⚠ 注意

●移乗中に転落する恐れがありますので、必ずボード両端部分(イラスト上で色の濃い部分)が車いす座面とベッドマットレスに乗るように設置してください。(製品に色は付いていません。白線を目安にしてください)

3 ボード上を滑らせます。

移乗前半



①ベッド側へ身体を傾け、反対側の殿部を浮かせます。
②ボードに接している殿部がボード端にくるまで一気に滑らせます。

3 Point-4
車いす側の足を要介助者の足の間に入れます。
※背の高い方は車いす側の足は片ひざを着く姿勢で重心を低くし、腰への負担を軽減します。

移乗後半

3 Point-6

③②までの勢いを使い、振り子の要領で身体を反対側(車いす側)へ傾け、ベッドマットレスに端座できる状態まで滑らせます。

介助者の身体への負担を軽減するために

介助者が特に腰を痛めないようにするため、下記の点にも注意してください。

◆移乗中はできるだけ腰を落とし、重心を下げること。
◆要介助者を力だけで無理に引っ張ったり、持ち上げたりしないこと。

イージーモーションを使った移乗方法

4 ボードを抜きます。

5 移乗完了です。

基本的な使い方のパターン

介助あり
車いす=アーム・フットレスト
取り外し可能

介助なし
車いす=アーム・フットレスト
取り外し可能

介助あり
車いす=アーム・フットレスト
取り外し不可

【使用不可】

⚠ 注意

●移乗中転落などの危険がありますので、このパターンでの移乗には使用できません。

介助なし
車いす=アーム・フットレスト
取り外し不可

お手入れ方法

●洗　浄

市販の中性洗剤またはアルコールを布等に含ませて汚れを取り除いてください。

⃠ シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
⃠ 酸性洗剤は使用しないでください。

●消　毒

消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。

⃠ 消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
⃠ 原液のまま使用すると表面が劣化する恐れがあります。
⃠ 有機溶剤(シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。

消毒装置を使用する場合は温度80℃以下、2時間以内の設定にし、製品は必ず平らな状態にしてください。斜めに立てかけると変形します。





仕 様

イージーモーション　品番　MEMV

●サイズ：幅38cm×長さ78cm×厚さ0.5cm
●重　量：1.2kg
●材　質：ABS樹脂(滑り止めシート付き)
●耐荷重：130kg

開発・製造元

※ 健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 モルテン
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health
東京　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　福岡
製品他、各種お問い合せは
〒739-1794　広島市安佐北区口田南2-18-12
TEL.082-842-9975
FAX 0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp

2015.10